



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl_fe
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0055814
DATA: 02/10/2019
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI PARAMETRI FISIOLGICI DEI PAZIENTI OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA. STIMA ECONOMICA PRESUNTA, € 200.000,00 COMPRESA GARANZIA DI 24 MESI.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Andrea Ferrocì

CLASSIFICAZIONI:

- [02-01-03]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0055814_2019_Lettera_firmata.pdf:	Ferrocì Andrea	1EFBD1F84F8DF24D83D053EE1D5088E3 89905FCA26AA33607150AC23161282C3



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Ai destinatari - Loro sedi

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI PARAMETRI FISIOLGICI DEI PAZIENTI OCCORRENTE ALL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA. STIMA ECONOMICA PRESUNTA, € 200.000,00 COMPRESA GARANZIA DI 24 MESI.

Il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di un contratto di acquisto di un sistema di monitoraggio di parametri fisiologici modulare continuo wireless indossabile dal paziente, particolarmente adatto per pazienti non critici. Il numero di pazienti monitorati sarà inizialmente di 25, suddivisi in 4 differenti unità operative ospedaliere. I parametri fisiologici monitorabili dovranno essere almeno i seguenti: Postura, SpO2, ECG 5 derivazioni - Frequenza cardiaca, NIBP, Frequenza respiratoria. Ogni sistema dovrà essere dotato di 3 batterie per ogni unità operativa e di un carica batterie. Il sistema dovrà essere installato su un server centrale virtualizzato ed essere dotato di 4 WS, 1 per unità operativa interessata. Il sistema andrà configurato con una multi licenza multi reparto per almeno 32 sistemi. Il software dovrà colloquiare con il sistema informativo aziendale ed in particolare con il dossier sanitario aziendale (Patient Organizer SAP) tramite messaggistica HL7. Dovrà inoltre avere la possibilità di collegamento a LDAP. Il sistema dovrà infine essere marcato CE (D.Lgs. 37/2010).

REQUISITI PER L'OPERATORE ECONOMICO

Possono partecipare alla manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici in grado di fornire il sistema in oggetto e che non ricadano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche. A tal proposito gli operatori economici in grado di fornire il sistema con le caratteristiche richieste, in previsione della possibile successiva procedura di acquisizione, potranno inoltrare la propria manifestazione di interesse in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, indicando sul fronte del plico la seguente dicitura:

“Avviso per indagine di mercato esplorativa inerente il sistema di monitoraggio wireless di parametri dei pazienti occorrente ad alcune unità operative dell'ospedale di Cona”.

Il plico dovrà essere inviato al Servizio Comune Economato dell'Azienda UsI ed Ospedaliero Universitaria di Ferrara, via Arturo Cassoli 30 44123 Ferrara, entro il **22 ottobre 2019** e dovrà contenere:

1. la manifestazione d'interesse a partecipare alla successiva possibile procedura di acquisizione da produrre su carta intestata della ditta;



2. una breve descrizione del sistema di cui si dispone corredata da schede tecniche ed eventuali dispositivi o accessori opzionali e dalle certificazioni possedute;
3. un elenco sommario dei principali analoghi contratti svolti nell'ultimo triennio con l'indicazione dei committenti sia pubblici che privati, se presenti;
4. una dichiarazione dei legali rappresentanti con potere di firma, anche cumulativa, da rilasciare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità in corso di validità dei sottoscrittori.

Resta inteso infine che:

1. l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda USL di Ferrara capofila della procedura svolta in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione del servizio.
2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche di merito essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire la tecnologia sopra indicata con i requisiti indicati.

Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento, Andrea Ferrocì, email:a.ferrocì@ausl.fe.it, tel:0532-235314.

Firmato digitalmente da:
Andrea Ferrocì

Responsabile procedimento:
Andrea Ferrocì