



## FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ausl\_fe  
REGISTRO: Protocollo generale  
NUMERO: 0055815  
DATA: 02/10/2019  
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DI PARAMETRI EMODINAMICI OCCORRENTE ALLA DIVISIONE DI CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI CENTO DI FERRARA. STIMA ECONOMICA PRESUNTA, € 39.000,00.

### SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Andrea Ferrocì

### CLASSIFICAZIONI:

- [02-01-03]

### DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0055815_2019_Lettera_firmata.pdf:	Ferrocì Andrea	46150C8C6C32AAEA5312971F1E5328467 EBE97805FD7F83D31699C5CEC77EE24



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.  
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Ai destinatari - Loro sedi

**OGGETTO:** AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DI PARAMETRI EMODINAMICI OCCORRENTE ALLA DIVISIONE DI CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI CENTO DI FERRARA. STIMA ECONOMICA PRESUNTA, € 39.000,00.

Il Servizio Comune Economato e Gestione Contratti dell'Azienda Usl di Ferrara, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di un contratto di acquisto di un sistema di monitoraggio di parametri emodinamici occorrente per l'attività di cardiologia dell'ospedale di Cento dell'Azienda Usl di Ferrara medesima. Il sistema deve essere dedicato all'analisi ed alla rilevazione automatica dei seguenti parametri:

- pressione arteriosa continua non invasiva mediante doppio sensore a dito, con determinazione della forma d'onda arteriosa, pressione sistolica, diastolica e media in tempo reale; disponibilità di sensori a dito di diverse misure;
- pressione arteriosa brachiale con bracciale standard disponibile in diverse misure;
- ECG a 3 canali ad alta risoluzione con visualizzazione di 6 derivazioni;
- rilevazione dei parametri emodinamici - gittata cardiaca e stroke volume - in continuo e non invasiva con metodo impedenziometrico.

E' richiesta la configurazione carrellata con ripiani di appoggio, la dotazione di stampante in formato A4 e la dotazione di elettrodi per la misura impedenziometrica dei parametri emodinamici monouso.

#### REQUISITI PER L'OPERATORE ECONOMICO

Possono partecipare alla manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici in grado di fornire il sistema in oggetto e che non ricadano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche. A tal proposito gli operatori economici in grado di fornire il sistema con le caratteristiche richieste, in previsione della possibile successiva procedura di acquisizione, potranno inoltrare la propria manifestazione di interesse in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, indicando sul fronte del plico la seguente dicitura:

**“Avviso per indagine di mercato esplorativa inerente il sistema di monitoraggio di parametri emodinamici occorrente alla divisione di cardiologia dell'ospedale di Cento di Ferrara”.**

Il plico dovrà essere inviato al Servizio Comune Economato dell'Azienda Usl ed Ospedaliero Universitaria di Ferrara, via Arturo Cassoli 30 44123 Ferrara, entro il **22 ottobre 2019** e dovrà contenere:



1. la manifestazione d'interesse a partecipare alla successiva possibile procedura di acquisizione da produrre su carta intestata della ditta;
2. una breve descrizione del sistema di cui si dispone corredata da schede tecniche ed eventuali dispositivi o accessori opzionali e dalle certificazioni possedute;
3. un elenco sommario dei principali analoghi contratti svolti nell'ultimo triennio con l'indicazione dei committenti sia pubblici che privati, se presenti;
4. una dichiarazione dei legali rappresentanti con potere di firma, anche cumulativa, da rilasciare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità in corso di validità dei sottoscrittori.

Resta inteso infine che:

1. l'acquisizione delle candidature non comporta l'assunzione di impegni specifici da parte dell'Azienda USL di Ferrara, che non si assume alcun obbligo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale, né l'attribuzione ai candidati di alcun diritto in ordine all'assegnazione del servizio.
2. non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche di merito essendo la finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la disponibilità degli operatori economici a fornire la tecnologia sopra indicata con i requisiti indicati.

Eventuali informazioni sul presente avviso potranno essere chieste al Responsabile del Procedimento, Andrea Ferrocì, email:[a.ferrocì@ausl.fe.it](mailto:a.ferrocì@ausl.fe.it), tel:0532-235314.

Firmato digitalmente da:

Andrea Ferrocì

Responsabile procedimento:  
Andrea Ferrocì